

 LABORATORIOS EUFAR S.A.	FICHA TÉCNICA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		Rev. 12	Vigente Desde: Ago. 12/14
	FT-PT-ASG-006	PRODUCTO TERMINADO	Página 1 de 1	
CALCIFAR-P®		FUENTE: MÉTODO INTERNO EUFAR.		
PARÁMETRO		ESPECIFICACIÓN		
ASPECTO FÍSICO		PASTA BLANCA, DE TEXTURA CREMOSA, INODORA, LIBRE DE GRUMOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS		
DESCRIPCIÓN Y USO		<p>PASTA RADIOPACA, QUE NO ENDURECE Y PERMANECE POR TIEMPO INDEFINIDO BAJO EL MISMO ESTADO FÍSICO.</p> <p>INDICADO EN PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS DE DIENTES PERMANENTES CON ÁPICES INCOMPLETOS, EN LOS QUE SE REQUIERE EL CIERRE APICAL PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS CONVENCIONAL.</p> <p>DE IGUAL MANERA, ESTA INDICADO EN CASOS DE FRACTURA HORIZONTAL DE LA RAÍZ, EN CASOS DE TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS CON EXUDADO CRÓNICO, DONDE SE REQUIERA UN SELLADO TEMPORAL DEL CONDUCTO CON MAYOR CICATRIZACIÓN Y EN ALGUNOS TRATAMIENTOS ENDODONTICOS DE DIENTES TEMPORALES. INDUCE DIFERENTES GRADOS DE REPARACIÓN DE TEJIDOS.</p>		
INGREDIENTES ACTIVOS		HIDRÓXIDO DE CALCIO / OXIDO DE ZINC / SULFATO DE BARIO		
REGISTROS SANITARIOS		Reg. INVIMA (COL.) 2012DM- 0008631	Vigencia: Abr./2022	
		Reg. MPPS (VEN.) PMP 12.529	Vigencia: Dic./2014	
		Reg. (PER) E-14955-IMM	Vigencia: Feb./2016	
		Reg. (ECU.) DM-1330-03-07	Vigencia: Mar./2017	
		Reg. (MEX.) 0820C2011 SSA	Vigencia: May./2016	
		Reg. (BOL.) DI-51481/2013	Vigencia: Dic./2018	
PRESENTACIÓN		JERINGA POR 2 g		
CÓDIGO DE BARRAS		7707307930087		
VIDA ÚTIL		3 AÑOS		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		MANTÉNGASE BIEN TAPADO, EN SITIO FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.		
PRECAUCIÓN		DESPUÉS DE CADA USO, DEVOLVER EL EMBOLO ANTES DE RETIRAR LA AGUJA Y TAPAR.		
OBSERVACIÓN		USO PROFESIONAL ODONTOLÓGICO		
NIVEL DE RIESGO		IIa		
Este producto ha sido manufacturado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad, que cumple con los requisitos de ISO 13485:2003				
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Nombre: Ana Rocío Castañeda M Cargo: Coordinadora SGI Fecha: Agosto 12/14		Nombre: Yenny Paola Marín Cargo: Asistente Dirección Técnica Fecha: Agosto 12/14		Nombre: María Fanny Navarrete Cargo: Directora Técnica Fecha: Agosto 12/14