

 LABORATORIOS EUFAR S.A.	FICHA TÉCNICA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		Rev. 9	Vigente Desde: Mar. 10/15
	FT-PT-ASG-033	PRODUCTO TERMINADO	Página 1 de 1	
EDTA 17% EUFAR®		FUENTE: MÉTODO INTERNO EUFAR.		
PARÁMETRO		ESPECIFICACIÓN		
ASPECTO FÍSICO		LIQUIDO TRANSPARENTE, INODORO, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS		
DESCRIPCIÓN Y USO		ES UNA SOLUCIÓN QUELANTE, USADA DURANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS ESTRECHOS Y COMO COMPLEMENTO PARA REMOVER LA CAPA DE DESECHO DENTINARIO O SMEAR LAYER. AUMENTA EL DIÁMETRO DE LA ENTRADA DE LOS TÚBULOS DENTINALES, DEJANDO LAS PAREDES MAS LIMPIAS Y FACILITANDO LA ACCIÓN DE MEDICAMENTOS INTRACONDUCTO. SE APLICA CON JERINGA.		
INGREDIENTE ACTIVO		EDTA DISÓDICO 17%		
REGISTROS SANITARIOS		Reg. (COL.) INVIMA 2012DM-0008632	Vigencia: Abr./2022	
		Reg. (PER.) DM4308E	Vigencia: Feb./2019	
		Reg. (ECU.) DM-1330-03-07	Vigencia: Mar./2017	
		Reg. (BOL) DI-46777/2012	Vigencia: Jul./2017	
		Reg. (MEX) 0903C2014 SSA	Vigencia: Abr./2019	
PRESENTACIÓN		FRASCO / 120 mL		
CÓDIGO DE BARRAS		7707307930186		
VIDA ÚTIL		3 AÑOS		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		MANTÉNGASE BIEN TAPADO, EN SITIO FRESCO, PROTEGIDO DE LA LUZ Y LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS		
OBSERVACIONES		USO PROFESIONAL ODONTOLÓGICO		
NIVEL DE RIESGO		IIa		
Este producto ha sido manufacturado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión Integrado, que cumple con los requisitos de ISO 13485:2003.				
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Nombre: Martha Hernández Cargo: Asistente Técnica Fecha: Mar. 10/15		Nombre: Yenny Paola Marín Cargo: Asistente Dirección Técnica Fecha: Mar. 10/15		Nombre: María Fanny Navarrete Cargo: Directora Técnica Fecha: Mar. 10/15

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es DOCUMENTO NO CONTROLADO